



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”  
SPÓŁKA Z O.O.**

**62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105047698

Września 05.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .**

Lp	pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet 15 pozycja 1,2,3,4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów tnących o długościach 60 i 80mm o wysokościach zszywek 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu oraz ładunków do ww staplerów?	Zamawiający dopuszcza
2	Pakiet 15 pozycja 5,6,7,8 zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania staplera z jednym ładunkiem załadowanym fabrycznie oraz dodatkowego ładunku ?	Zamawiający dopuszcza
3	Pakiet 15 pozycja 5,6,7,8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplerów 46 i 60mm, ze zszywkami o wysokościach 3,8 i 4,5mm przed zamknięciem oraz 1,5 i 2mm po zamknięciu, z 19 zszywkami dla rozmiaru 46, oraz 25 zszywkami dla rozmiaru 60 ?	Zamawiający dopuszcza
4	Pakiet 15 pozycja 9 Czy zamawiający oczekuje staplera o średnicy 25 również w wersji przełykowej, z główką w postaci pełnego stożka, z otworem dystalnym do przeprowadzenia szwu ?	Zamawiający dopuszcza
5	Pakiet 15 pozycja 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 25mm, światło 17mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm?	Zamawiający dopuszcza
6	Pakiet 15 pozycja 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 28mm, światło 20mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm?	Zamawiający dopuszcza
7	Pakiet 15 pozycja 11,12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie staplera okrężnego o średnicy 32mm, światło 24mm, rączka 42cm, wysokość zszywki otwartej 5mm, regulacja w zakresie 1,0-2,0 mm?	Zamawiający dopuszcza

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Przetargowej

Marian Janiak