



**"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września 05.12.2018r.

Znak sprawy: SA-381- 17/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku .

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet nr 38, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do TBC z igłą 0,5x16 i osobno dołożoną igłą 0,45x13mm? Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,45x13mm w zamian za strzykawkę do TBC?	Nie dopuszcza Nie dopuszcza
2	Pakiet nr 40, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści dla rozmiarów 12-24 pojemność balonu 5-10ml? - Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 7 dni? - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia oświadczenia producenta o możliwości utrzymania w przypadku, gdy informacja taka jest fabrycznie nadrukowana na każdym pojedynczym opakowaniu worka na mocz?	Tak dopuszcza Tak dopuszcza Pozycja 1 dotyczy cewników Foleja. Zamawiający dopuszcza jeśli informacja będzie fabrycznie nadrukowana na każdym pojedynczym opakowaniu cewnika
3	Pakiet nr 40, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 7 dni?	Tak dopuszcza
4	Pakiet nr 40, poz. 6: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia oświadczenia producenta o możliwości utrzymania w przypadku, gdy informacja taka jest fabrycznie nadrukowana na każdym pojedynczym opakowaniu worka na mocz?	Zamawiający odstąpi od wymogu
5	Pakiet nr 40, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley o czasie utrzymania w ciele pacjenta do 30 dni?	Nie dopuszcza
6	Pakiet 51 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.	Kompatybilny z nr. REF FMT – DNF/NLC
7	Pakiet 51 Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o długości czujnika.	90 cm
8	Pakiet 51 Pozycja 1	Chodzi o sam czujnik z

	W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o sam czujnik czy wraz z przedłużaczem (adapterem).	przewodem
9	Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?	Zamawiający wyraża zgodę
10	pakiet nr 55 Czy Zamawiający dopuści igły o długości drenu 18 cm, który nie wpłynie na funkcjonalność produktu, pozostałe parametry bez zmian	Zamawiający dopuszcza

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Marian Janiak