



**"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105047698

Września 28.09.2020r.

SA-381-15/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawę USG

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy: pkt 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, który posiada 4.720.000 niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
2	Dotyczy: pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, posiadający cztery aktywne gniazda do głowic, lecz bez gniazd parkingowych? Do aparatu przewidziane są dwie głowice z możliwością rozbudowy o kolejne dwie.	TAK – Zamawiający dopuszcza
3	Dotyczy: pkt 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, posiadający Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przepłotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach, o przekątnej ekranu 21,5 cala. Różnica 1,5 Cala jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa na jakość diagnostyczną.	TAK – Zamawiający dopuszcza
4	Dotyczy: pkt 15 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z zakresem częstotliwości pracy 1 – 14 MHz?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
5	Dotyczy: pkt 16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z liczbą obrazów pamięci dynamicznej (tzw. CineLoop) 2200 obrazów? Parametr ten nie ma wpływu na jakość diagnostyczną obrazu. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
6	Dotyczy: pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, bez możliwości uzyskania sekwencji CineLoop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji CineLoop jednocześnie na jednym obrazie?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
7	Dotyczy: pkt 18 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z pamięcią dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode wynoszącą 64 s.?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza

8	Dotyczy: pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z podstawą jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch kół oraz blokadą kierunku jazdy?	TAK – Zamawiający dopuszcza
9	Dotyczy: pkt 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z wygodną klawiaturą dostępną na panelu dotykowym?	TAK – Zamawiający dopuszcza
10	Dotyczy: pkt 24 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z wszystkimi podanymi kombinacjami prezentowanych jednocześnie obrazów, za wyjątkiem 4B?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
11	Dotyczy: pkt 26 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z odświeżaniem obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) w wysokości 227 Hz?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
12	Dotyczy: pkt 29 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z zakresem prędkości Dopplera Kolorowego (CD) wynoszącym 3,08 m/s?	TAK – Zamawiający dopuszcza
13	Dotyczy: pkt 38 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
14	Dotyczy: pkt 44 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z obrazowaniem trapezowym, lecz bez obrazowania rombowego na głowicach liniowych?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
15	Dotyczy: pkt 46 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z możliwością zmian ośmiu map koloru w Color Dopplerze?	TAK – Zamawiający dopuszcza
16	Dotyczy: pkt 44 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający niektóre wymagania Zamawiającego, umożliwiający zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD? Są to najbardziej powszechne formaty zapisu plików odtwarzane bezproblemowo na każdym urządzeniu. Dopuszczenie parametru wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania.	Pytanie dotyczy pkt. 51 SIWZ TAK – Zamawiający dopuszcza
17	Dotyczy: pkt 52 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z możliwością zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, jednak bez możliwości wywoływania tych 3 akcji jednym przyciskiem?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
18	Dotyczy: pkt 59 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z 8 - krotnym i 16 – stopniowym powiększeniem obrazu w czasie rzeczywistym?	TAK – Zamawiający dopuszcza
19	Dotyczy: pkt 60 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z 8 - krotnym i 16 – stopniowym powiększeniem obrazu po zamrożeniu?	TAK – Zamawiający dopuszcza
20	Dotyczy: pkt 61 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z możliwością wykonania 8 pomiarów na jednym obrazie?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza

21	Dotyczy: pkt 67 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 4 – 12 MHz?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
22	Dotyczy: pkt 68 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z głowicą liniową posiadającą 256 elementów?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
23	Dotyczy: pkt 72 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z głowicą Convex o zakresie częstotliwości pracy 2 – 6 MHz?	TAK – Zamawiający dopuszcza
24	Dotyczy: pkt 73 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z głowicą Convex posiadającą 384 elementy?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
25	Dotyczy: pkt 74 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z głowicą Convex o kącie obrazowania 72 stopnie +/-1?	TAK – Zamawiający dopuszcza
26	Dotyczy: pkt 77 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, z możliwością rozbudowy o głowicę radialną tzw. Proktologiczną o częstotliwości 4,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów 256 i szerokości skanu 10mm?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza
27	Dotyczy: pkt 78 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg klasy premium, bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową o częstotliwości min. 2,0 – 20,0 MHz, liczbie elementów min. 10 000 szerokości skanu max 38 mm?	NIE - Zamawiający nie dopuszcza

PRZEWODNICZĄCY
Komisji
Marian Janiak