



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”  
SPÓŁKA Z O.O.**

**62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września 07.10.2020r.

SA-381-14/20

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupu i dostawa rękawiczek jałowych i niejłowych**

| Lp | Pytanie  | Odpowiedź  |
|----|--|--|
| 1  | <p>Pakiet nr 1<br/>Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:<br/>Rękawice diagnostyczne – bezpudrowe, nitrylowe, gładkie z teksturą na końcach palców, bez zawartości protein, dł. rękawic min. 240 mm, op. a’ 100 szt.. w rozmiarach S, M, L, XL.<br/>Z odstępniem od wymogu dostarczenia uchwytów na rękawice. W/w pozycje stanowią zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic. Z naszej wiedzy wynika, iż takie uchwyty posiada tylko jeden wykonawca nie będący pośrednikiem handlowym, a co za tym idzie narazi to Zamawiającego na znacznie wyższe ceny zakupu rękawic i w ewidentnie preferuje jednego wykonawcę. Odstąpienie od tego powyższego wymogu pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.<br/>Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.</p> | <p>Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie rękawic diagnostyczne – bezpudrowe, nitrylowe, gładkie z teksturą na końcach palców, bez zawartości protein, dł. rękawic min. 240 mm, op. a’ 100 szt.. w rozmiarach S, M, L, XL.<br/>Zamawiający dopuszcza nie dostarczenie uchwytów<br/>Zamawiający potwierdza, że wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I.</p> |
| 2  | <p>WZÓR UMOWY<br/>Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:<br/>Siła Wyższa<br/>1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.<br/>2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.<br/>3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich</p>   | <p>Zamawiający nie wyraża zgody<br/>Po zawarciu umowy możliwe jest skorzystanie z zapisów art. 15r ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374</p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.</p> <p>4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.</p> <p>5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.</p> | <p>z późn. zm.) w myśl którego Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływać na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - między innymi - w zakresie zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług.</p> |
| 3 | <p><b>Pakiet 1</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe jedynie z teksturą na końcach palców?</p>   | Zamawiający dopuszcza  |
| 4 | <p><b>Pakiet 3</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice niepolimeryzowane, teksturowane jedynie na końcach palców, grubości wynoszącej na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, na mankiecie 0,20 mm, pakowane po 50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?</p>  | Zamawiający dopuszcza  |
| 5 | <p><b>Pakiet 4, poz. 2</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice, o grubości wynoszącej na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 0,14±0,02 mm?</p>  | Zamawiający dopuszcza  |
| 6 | <p><b>Pakiet 4, poz. 3</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice neoprenowe, których grubość wynosi na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm?</p>  | Zamawiający dopuszcza  |
| 7 | <p><b>Pakiet 4, poz. 4</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne, których grubość wynosi na dłoni 0,27-0,35 mm?</p>   | Zamawiający dopuszcza  |
| 8 | <p><b>Pakiet 4, poz. 5</b><br/>Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne, których grubość wynosi na palcu 0,33±0,01 mm, na dłoni 0,27±0,02 mm?</p>  | Zamawiający dopuszcza  |
| 9 | <p><b>Pakiet 1.</b><br/>Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych z warstwą antypoślizgową o strukturze skórki pomarańczowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ</p>  | Zamawiający dopuszcza  |

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Komisji Przetargowej  
 Mariusz Janiak