



**"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2008


www.tuv.com
ID 9105047698

Września 15.10.2020r.

SA-381-16/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupu i dostawa wyrobów medycznych

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważną elektrodę z doskonale przewodzącym ciekłym żelazem zapewniającą bardzo dobrą jakość sygnału, średnica 55mm, podłoże z włókny zapewniające wygodne użycie, silna przyczepność, elektroda jest radioprzezierna i warunkowo dopuszczona do stosowania w środowisku MR?	Zgodnie z SIWZ
2	dotyczy Zapisów SIWZ W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)	Zamawiający nie wyraża zgody
3	dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej <u>wyrobem medycznym (8% VAT)</u> , technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE $\geq 98\%$ (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). Oznakowanie CE potwierdzone dokumentami	Zamawiający dopuszcza
4	dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej medycznej maski ochronnej z gumkami typu KN95 będącej <u>wyrobem medycznym (8% VAT)</u> , technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o	Zamawiający nie wyraża zgody

	<p>Wyrobach Medycznych 93/42/EWG. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 - posiada poziom filtracji BFE \geq 98% (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3). Oznakowanie CE potwierdzone dokumentami</p>		
5	<p>dotyczy Pakietu nr 18 Zwracam się z wnioskiem o wydzielenie pozycji nr 2 o oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody	
6	<p>dotyczy Pakietu nr 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 fartucha izolacyjnego wykonanego z laminaru dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 37g/m², rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, rozmiar uniwersalny 120x140cm?</p>	Zgodnie z SIWZ	
7	<p>Dot. Pakietu 5, poz. 15</p> <p>Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwitopotencjalnym, dla dorosłych i dzieci o powierzchni aktywnej 107 cm² i wymiarach 164 x 117 mm</p>	Zgodnie z SIWZ	
8	<p>Dot. Pakietu 18, poz. 1</p> <p>Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 18 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego zadania.</p> <p>Ponadto prosimy o dopuszczenie w poz. 1 pakietu 18 półmasksi o klasie FFP2, która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.</p> <p>Oferowany przez nas produkt jest zgodny publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; - certyfikowana znakiem CE, - Klasa ochrony P2, - odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 	Zamawiający nie wyraża zgody	

	Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.	
9	Pakiet 15 Prosimy Zamawiającego o możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie	Zamawiający nie wyraża zgody
10	Pakiet 16 poz. 1,2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów niesterylnych w rozmiarach M-XXL	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
11	Pakiet 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w maseczek typu II, który jest znacznie lepszy, ponieważ umożliwia bezproblemową oddychalność	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
12	Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o informację, czy na pewno w pozycji 5 oczekuje tylko 2 sztuk pułapki wodnej? Pułapka powinna być wymieniana co 4 tygodnie (zgodnie z opisem), co przy tej ilości zamówienia zabezpiecza Zamawiającego tylko na 2 miesiące. Pułapka pakowana jest po 24 szt., być może Zamawiający oczekuje 2 opakowań a nie sztuk produktu?	Powinno być: Poz 5 - 1 op x 24 szt.
13	Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o zweryfikowanie, czy nie nastąpiła omyłka w jednostkach zamówienia (sztuki zamiast opakowania) w pozycji 6,7 i 9? Jak wynika z opisu Zamawiającego, dane produkty są pakowane kolejno po 24 szt., 24 szt i 4 szt. Nie ma możliwości sprzedaży jednostkowej tych produktów. Prosimy o zmianę jednostki zamówienia bądź podanie ilości odpowiadającej opakowaniu bądź jego wielokrotności.	Powinno być: poz 6 – 1 op x 24 szt poz 7 – 1 op x 24 szt. poz 9 – 1 op x 4 szt.
14	Wzór umowy §4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni.	Zamawiający nie wyraża zgody
15	Pakiet 17, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych lub TYP II R?	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
16	Pakiet 17, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.	Zamawiający nie wyraża zgody
17	Pakiet 17, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku
18	Pakiet 19 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?	Zamawiający nie dopuszcza
19	Pakiet 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku
20	Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 2 pozycja 1,a,b strzygarkę najnowszej generacji współpracującej dzięki innowacyjnym	Zamawiający dopuszcza

	<p>rozwiązaniom z jednym uniwersalnym rodzajem ostrza do wszelkiego rodzaju owłosienia.</p> <p>Odpowiednio dla pozycji 1 Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5-zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosiem i pod włos, na sucho i na mokro, możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w komplecie z ładowarką typu "drop-in" do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem model 9681, zapewnia szybkie 3-godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania.</p> <p>I dla pozycji 2,3 Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%.</p>	
21	<p>Pakiet 15 pozycja 3 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu?</p>	Zamawiający nie dopuszcza
	<p>akiet 17 pozycja 1 Czy Zamawiający maski chirurgiczne mocowane za pomocą gumek?</p>	Zamawiający nie dopuszcza
23	<p>Pakiet 19 Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przezroczysty o wymiarach 180 cm x 71 cm?</p>	Zamawiający nie dopuszcza
24	<p>Pakiet 20 Czy Zamawiający dopuści obuwie ochronne z włókniny polipropylenowej?</p>	Zamawiający dopuszcza
25	<p>Pakiet 2 Poz.1.pyt.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.</p>	Zamawiający dopuszcza
26	<p>Pakiet 2 Poz.2.pyt.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1 szt / blister; 50 blisterów/ pudełko</p>	Zamawiający dopuszcza
27	<p>Pakiet 2 Poz.3.pyt.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ostrza wąskiego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, trudnodostępnych/intymnych. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje</p>	Zamawiający dopuszcza

	się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1 szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.	
28	<p>Pakiet 15 Poz.12 i poz.13. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic które w procesie produkcji wykorzystują zwaną MBT, spełniające pozostałe parametry SIWZ; Pragniemy zauważyć, że większość producentów stosują powyższą substancję, a powyższy opis wskazuje na Firmę ZARYS.</p>	Zamawiający dopuszcza
29	<p>Pakiet 15 Poz. 14. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska oraz jednocześnie o dopuszczenie rękawic winylowych rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej Kategorii I, a nie Kategorii III. Pragniemy zauważyć, że winyl jest zbyt słabym materiałem że by spełniać tą samą kategorię co rękawice nitrylowe i lateksowe. Rękawice winylowe przestają być barierowe w środowisku wilgotnym (a takim staje się spocona dłoń w rękawicy. Nie ma więc możliwości by rękawica winylowa spełniała kat. III.</p>	Zamawiający dopuszcza i wymaga rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I

PRZEWODNICZĄCY
 Komisji przetargowej
Marian Janiak