



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105047698

Września dnia 03.13.2020r.

S.A.-381-16/20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Pzp; w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **zakup i dostawę wyrobów medycznych** wybrane zostały oferty:

Pakiet nr 18

Ralf Medical Sp. z o.o.

ul. Sieradzka 10 lok.2, 60-163 Poznań

cena wybranej oferty 9 550,00 zł brutto , termin dostawy 2 dni

Uzasadnienie wyboru ofert:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ . Nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pakietu nr 18

Numer oferty	Nazwa (firmy i adres wykonawcy)	Liczba pkt. w kryterium cena	Liczba pkt. w kryterium termin dostawy	Razem
1	J. Chodacki,A.Misztal”Medica” Sp. j ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	46,49	40	86,49
3	Ralf Medical Sp. z o.o. ul. Sieradzka 10 lok. 2, 60-163 Poznań	60	40	100
5	ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pod borem 18, 41-808 Zabrze	36,73	40	76,73
6	Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b, 44-178 Przystowice	37,59	40	77,59
7	Skamex Sp.z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	29,78	40	69,78
10	Batist Medical Polska Sp. z o.o. ul. Kolistka 25, 40-486 Katowice	17,43	40	57,43

Informujemy, że w postępowaniu została odrzucona firma:

SUN – MED. S.C. Dominik Siekierski, Sławomir Naparty

ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

Uzasadnienie:

W toku prowadzonego postępowania na zakup i dostawę wyrobów medycznych ww. Wykonawca złożył ofertę na dostawę półmasek filtrujących FFP2, FFP3 – pakiet 18.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 35.875.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 4367 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

w trakcie oceny oferty komisja przetargowa powzięła wątpliwości dotyczące treści złożonej oferty. w związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień (pismo z dnia 02.11.2020r) prosząc o dostarczenie certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

W odpowiedzi Wykonawca przedłożył certyfikat wystawiony przez ICR Polska

Po analizie Zamawiający stwierdza:

Maska FFP2

Środki ochrony indywidualnej tj. m.in. maski typu FFP2 i FFP3 powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 (PPE). W tymże Rozporządzeniu jest podział na kategorie i wyroby z kategorii II i III podlegają ocenie zgodności przy udziale strony zewnętrznej (jednostki notyfikowanej), natomiast produkty z kategorii I producent ocenia samodzielnie. Maski ochronne typu FFP1,2,3 należą do kategorii III.

Przeprowadzić procedurę badania typu wyrobu i potwierdzić jego zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 2016/425 (PPE) może jedynie jednostka notyfikowana, posiadająca stosowne uprawnienia. Spis jednostek notyfikowanych i ich uprawnienia dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. Link do informacji nt. ICR Polska:

[https://ec.europa.eu/growth/tools-](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.nb&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F233263)

[databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.nb&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F233263](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=search.nb&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F233263)

Z informacji zawartych na tej stronie jednoznacznie wynika, że ICR Polska nie ma uprawnień jako jednostka notyfikowana do przeprowadzania procedury badania typu wyrobu i potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 2016/425 (PPE).

Biorąc powyższe pod uwagę, "Certyfikat" przedstawiony przez firmę SUN MED nie jest dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 (PPE). Należy również podejść z dużą dozą niepewności co do jego autentyczności. Jest wiele doniesień prasowych dot. podrobionych Certyfikatów wystawionych przez ICR Polska.

Sam w sobie dokument, przesłany przez SUN MED nie spełnia wymogów "Certyfikatu Badania Typu UE" (EU Type-Examination Certificate). Brak jest choćby informacji o typie wyrobu tj. maska ochronna FFP2. Tych niezgodności jest więcej, dla porównania jak powinien wyglądać poprawny, prawdziwy Certyfikat dot. Środków Ochrony Indywidualnej potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem 2016/425 (PPE), możecie Państwo popatrzeć na drugi z załączonych Certyfikatów wystawiony przez Polski Rejestr Statków.

W związku z tym oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm)

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 i art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), informuje, że podpisanie umowy z wyłanionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Przes Zarządu
„Szpitala Powiatowego
we Wrześni” Sp. z o.o.
Zbigniew Hupało

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 35.875.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 4367 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;